

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.


Otwarcie ofert na: **Dostawę ambulansu w formie leasingu operacyjnego** odbyło się w dniu 19/10/2017 o godz. 11:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 500 000,00 PLN brutto.

Ofertę złożyła:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Ocena dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego ambulansu	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego o zabudowy specjalnej sanitarnej	warunki płatności
I.	Prime Car Management S.A. Ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk	471 323,33 zł	do 20.12 2017 r.	Długość przedziału medycznego min. 3,00m – 3,30 m Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m – 1,81. Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) - TAK System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - TAK Regulacja kolumny w dwóch płaszczyznach - TAK Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury - TAK Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 60W posiadające certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu/homologacji) –	72 godz.	Wg. harmonogramu miesięcznych opłat leasingowych

				sygnały niskotonowe są elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu. – TAK moc 200 W Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: - normy PN EN 1789+A1:2011 lub innej normy równoważnej oraz jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - TAK System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg. - TAK Montaż lawety do przesuwanych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu i jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu - TAK		
--	--	--	--	--	--	--

D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Koronowie

 Dr n. med. Andrzej Nowak