



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE

UL. DWORCOWA 55, 86 - 010 KORONOWO

NIP 554-22-27-553 REGON 092356159

tel. 52 3822 353, FAX 52 3822 448 e-mail: spzozkoronowo@o2.pl

Koronowo, 01.12.2017 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Dworcowa 55

86-010 Koronowo

**Dot: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu USG”.
Znak sprawy: 5/ZP/2017.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż w dniach 28.11.2017 roku i 29.11.2017 roku wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. Najnowsze aparaty ultrasonograficzne wyposażone są w monitory o przekątnej powyżej 20 cali i rozdzielczości Full HD. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga powyższych parametrów, które zapewniają uzyskanie bardzo dobrej jakości powiększenia obrazu diagnostycznego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr.

Pytanie 2. Zamawiający wymaga oprogramowania minimum z roku 2015. Należy zauważyć, iż oprogramowanie z 2015 roku jest „oprogramowaniem przestarzałym”. Wszyscy producenci każdego roku wprowadzają zmiany poprawiające oprogramowanie. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagała najnowszego oprogramowania oraz konstrukcji aparatu z roku 2017.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr.

Pytanie 3. Wszystkie najwyższej klasy aparatu ultrasonograficzne znanych producentów: GE, Philips, Toshiba, Samsung, Siemens wyposażone są w panel dotykowy o przekątnej powyżej 10 cali i rozdzielczości 1280x800px. Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający wymaga również takiego rozwiązania, które w znaczący sposób zwiększa ergonomię pracy i umożliwia wykorzystanie wszystkich funkcji aparatu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE

UL. DWORCOWA 55, 86 - 010 KORONOWO

NIP 554-22-27-553 REGON 092356159

tel. 52 3822 353, FAX 52 3822 448 e-mail: spzokoronowo@o2.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopisał parametr.

Pytanie 4. Zamawiający wymaga dostarczenie aparatu ultrasonograficznego, na którym będzie można wykonywać różnego typu badania diagnostyczne. Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia głowicy konweksowej szerokopasmowej o zakresie częstotliwości 2-8 MHz oraz głowicy linowej szerokopasmowej o zakresie częstotliwości 3-16 MHz. Takie rozwiązanie pozwoli na wykonywanie badań u dorosłych pacjentów oraz dzieci.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr.

Pytanie 5. Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy i dostarczenia wraz z aparatem wersji demonstracyjnej pakietu IMT, Strain oraz elasatografii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wersji demonstracyjnej.

Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie, czy w załączniku nr 7 do SIWZ niespełnienie któregośkolwiek z parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oferta zostanie odrzucona.

Pytanie 7. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, pkt. 1:

Zamawiający Wymaga: Aparat mobilny, fabrycznie nowy rok produkcji 2017, waga poniżej 55 kg

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system ważący 75 kg? Pragniemy zauważyć, iż proponowany przez nas ultrasonograf posiada mobilną konstrukcję, przez co różnica w wadze będzie nieodczuwalna.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr.

Pytanie 8. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, pkt. 4:

Zamawiający Wymaga: Szerokość bramki Dopplera PW min od 0,5 do 15 mm

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający regulację zakresu bramki dopplerowskiej w przedziale 1-20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr..

Pytanie 9. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, pkt. 14:

Zamawiający Wymaga: Frame rate powyżej: dla trybu 2D – 950 Hz



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE

UL. DWORCOWA 55, 86 - 010 KORONOWO

NIP 554-22-27-553 REGON 092356159

tel. 52 3822 353, FAX 52 3822 448 e-mail: spzokoronowo@o2.pl

Należy podkreślić, że wspomniana wartość jest zależna od kąta wizualizacji i głębokości penetracji sond. Są producenci, którzy podają wartości częstotliwości odświeżania obrazu dla warunków pracy aparatu (kąt wizualizacji itp.) dla obrazów nie diagnostycznych.

Aparat, który pragniemy Państwu zaoferować, cechuje się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 500 Hz, ale dla diagnostycznych warunków pracy ultrasonografu.

Czy Zamawiający dopuści aparat z częstotliwością odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D wynoszącą 500 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr.

Pytanie 10. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, pkt. 28:

Zamawiający Wymaga: Głowica convex, obejmująca zakres częstotliwości minimum 2-5 MHz, liczba elementów powyżej 190, promień 60-61 mm

Czy Zamawiający dopuści głowicę convex spełniającą wymagania dotyczące ilości elementów, oraz częstotliwości pracy, ale posiadającą promień widzenia 50 mm? Pragniemy zauważyć, że głowica ta posiada 70-cio stopniowy zakres widzenia, który sprawia, że współczynnik objęcia obrazu jest jednym z najwyższych na rynku. Wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr.

Pytanie 11. Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ § 3 ust. 1

Zgodnie z przedmiotem postępowania, zwracamy się z prośbą o zmianę wyrażenia „realizacji dostawy przedmiotu leasingu” na wyrażenie „realizacji przedmiotu dostawy”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie 12. Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ § 5 ust. 3 pkt 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu przedmiotowego punktu w następujący sposób:

„w przypadku wystąpienia wady, usterki (awarii) Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia wad, usterek (awarii) w godzinach 8-16 w dni robocze”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
Dr n. med. Andrzej Nowak