



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE

UL. DWORCOWA 55, 86 - 010 KORONOWO
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159
tel. 52 3822 353, FAX 52 3822 448 e-mail: spzozkoronowo@o2.pl

Koronowo, dnia 27.09.2019 r.

Dotyczy: Postępowania „Dostawa pojazdu specjalnego sanitarnego – ambulansu drogowego”

Nr sprawy: 1/ZP/2019

Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) udziela się odpowiedzi na pytanie:

Dotyczy: Dwunasto-odprowadzeniowy defibrylator z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi, funkcją pomiaru stężenia: SPO2

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, będący na wyposażeniu wielu ambulansów w Polsce i na świecie o następujących parametrach:

- Ładowanie akumulatorów po każdorazowym wpięciu w uchwyt 12 V DC bez konieczności stosowania osobnej ładowarki dwustanowiskowej oraz zasilanie 230 V AC.
 - Autotest wykonywany przy każdorazowym włączeniu urządzenia
 - Kolorowy ekran TFT o przekątnej 8,4”
 - Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji. Wydruk następuje po każdorazowej defibrylacji bez wciskania przycisków
 - Odczyt 6 i 12 odprowadzeń EKG
 - Zakres wzmocnienia EKG od 0,25 do 2 cm/mV
 - Pamięć w postaci karty danych do zapisu rejestrowanych informacji (imię, nazwisko, badane parametry życiowe)
- Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 1a do SIWZ a wykazanie ich równoważności jest w obowiązku Wykonawcy.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
Dr n. med. Andrzej Nowak